



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

Серія А

№ 003858



СЕРТИФІКАТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ
типу засобів вимірювальної техніки

№ UA-MI/1-510-2006

Виданий 22 травня 2006 р.

Цей сертифікат, виданий НВП "Техприлад", м. Київ, засвідчує, що на підставі позитивних результатів державних контрольних випробувань Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики затверджено тип засобів вимірювальної техніки "Теплолічильники Суперком-01, Суперком-01-1", який зареєстровано в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки за номером У1036-06.

Теплолічильники Суперком-01, Суперком-01-1 під час випуску з виробництва підлягають повірці.

Міжповірочний інтервал, встановлений під час затвердження типу, не більше:

- двох років (для теплолічильників модифікації Суперком-01);
- чотирьох років (для теплолічильників модифікації Суперком-01-1).

Заступник Голови



С.Т. Черепков